

LVR-Klinik für Orthopädie Viersen · Horionstraße 2 · 41749 Viersen

Vorsitzender des Krankenhausausschusses 3

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder  
des Krankenhausausschusses 3

nachrichtlich

Geschäftsführungen der Fraktionen  
in der Landschaftsversammlung Rheinland

über LVR-Stabsstelle 00.200

Datum und Zeichen bitte stets angeben

29.10.2024

10.00-KA 3 Beantwortung Anfrage Nr. 15/117

**Orthopädie und Unfallchirurgie**

**Spez. orth. Chirurgie**

**Rheumatologie**

Kaufmännische Direktorin: Dorothee Enbergs

Dorothee Enbergs

Tel 02162 96-3001

Fax 02162 96-3005

dorothee.enbergs@lvr.de

## Beantwortung der Anfrage Nr. 15/117 der AfD zu „CIRS-Meldungen in der Orthopädischen LVR-Klinik“

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend beantwortet der Vorstand der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen die von der AfD gestellte Anfrage Nr. 15/116 zu „CIRS-Meldungen in der Orthopädischen LVR-Klinik“

### 1. Gab es in der Orthopädischen Klinik (OP und Stationen) von 2023 bis heute CIRS-Meldungen („Critical Incident Reporting System“-Meldungen)?

Ja, es gab CIRS-Meldungen.

In 2023 waren es 5 Meldungen und in 2024 bis zum 30.09.2024 insgesamt 2 Meldungen.

### 2. Falls ja, wurde hierauf zeitnah reagiert und wurden Verbesserungen der Sicherheit und Qualität für Patienten und Mitarbeitende durchgeführt?

Es wurde zeitnah auf die Meldungen reagiert.

Diese wurden unmittelbar in der Vorstandssitzung sowie im Anschluss der Leitungskonferenz besprochen und Maßnahmen festgelegt.



#### Ihre Meinung ist uns wichtig!

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  
E-Mail: [anregungen@lvr.de](mailto:anregungen@lvr.de) oder [beschwerden@lvr.de](mailto:beschwerden@lvr.de), Telefon: 0221 809-2255

### **3. Falls ja: welche waren dies?**

Es wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der Patient\*innen umgesetzt. Zum Beispiel wurden neue Anschlüsse für das Schlauchsystem der Schmerzpumpen angeschafft, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Operationssäle wurden neu beschriftet. Im KIS-Krankenhausinformationssystem wurden sogenannte Cave-Felder eingerichtet, um deutlich auf Besonderheiten, wie beispielsweise Allergien, hinzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Vorstand

**E n b e r g s**

Vorstandsvorsitzende

Kaufmännische Direktorin